

**(09) KONTROL AF ORGANISKE
MIKROFORURENINGER**

DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Jyllinge Vandværk
Kommetvej 61
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20190609/002
9. juni 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Afgang, værk Smakkevej 12			
Temperatur	9,2 °C	Prøvedato: 2019-05-02 Kl. 08:00			
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}	
PESTICIDER	Ikke påvist				
Chlorothalonilamidsulfonsyre*	µg/l	< 0,005	0,01	LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

**Pesticid er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 349906, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, EH, laborant